

附件二、實驗室於執行「人行面磚類抗滑試驗」測試，於符合ISO/IEC 17025:2017相關內容：

依ISO/IEC 17025:2017第7.8節：於實驗室的結果報告

(1)送驗樣品於實驗室內執行，則報告應檢附人行面磚樣品全貌照片，且標示抗滑測試位置與測試方向。

(2)若為現地測試，另附能識別測試位置之周遭景物照片，則報告應檢附註明測試地點。